Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Wpł. dnia 05 -11- 2007
Lp. ..... podpis .....

ORYGINAŁ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Zakład Higieny Weterynaryjnej
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel./fax.(077) 4575010 wew.317 e – mail: zhw@ wiw.opole.pl

HIN.DL.070/238/07

Opole, dn. 05 11 2007 r.

Stanowisko ZHW w sprawie pytań STI Bartosz Czajkowski dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02 11 2007 roku.

Odpowiedź na Pytanie 1:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia kierował się założeniem, że w szczytowym momencie programu eradykacji i monitoringu choroby Aujeszkyego będzie musiał wykonać około 2000 oznaczeń dziennie.
Według wiedzy Zamawiającego dostępne na rynku analizatory spełniają te założenia.

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Odpowiedź na Pytanie 2:
Zamawiający w oparciu o założenia opisane powyżej (odp. Na pytanie 1) uważa, że nie jest konieczny zakup urządzeń o wyższej wydajności.
W czasie pracy laboratorium (dzień roboczy 8 godzin) próbki będą przyjmowane sukcesywnie przez cały dzień. Będą to próbki pobierane na terenie całego województwa opolskiego. Dlatego też funkcja „doładowywania" w czasie pracy aparatu (tzw. Swobodny dostęp, ang. Random Access) jest szczególnie ważna.
Laboratorium nie może pozwolić sobie na inny system pracy, gdyż w momencie rozpoczęcia pracy analizatorów mogłoby być za mało próbek, aby załadować je do „pełna". Natomiast w ciągu dnia ilość próbek przyjmowanych z terenu mogłaby być zbyt duża na kolejne „załadowanie" aparatów.

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Odpowiedź na Pytanie 3:
Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w: co najmniej 4 inkubatory z programowaną temperaturą od temp. pokojowej do 50°C i co najmniej 4 inkubatory do inkubacji w temp. pokojowej.

Odpowiedź na Pytanie 4:
Procedura utrzymania aparatu (dzienna, tygodniowa i miesięczna) ma polegać na automatycznym wykonaniu tych procedur. Tzn. po uruchomieniu odpowiedniej funkcji w oprogramowaniu aparat wykona przewidziane przez producenta czynności. Osoba obsługująca zostanie powiadomiona komunikatem na ekranie, jaka czynność jest wykonywana. Aparat musi mieć zdefiniowaną w oprogramowaniu listę czynności dla poszczególnych procedur (dziennej, tygodniowej i miesięcznej).
Zamawiający nie określa zakresu tych czynności, gdyż powinien je określić producent aparatu.

Odpowiedź na Pytanie 5:

Funkcja „Ratowanie wyników" ma służyć w razie problemów z odczytem wyników (np. awaria fotometru) lub problemów z odczytem którejś z kontroli lub kalibratora (absorbancja odbiegająca od przewidywanej przez producenta testu).

Czyli ma być dostępna zarówno edycja (zmiana lub kasowanie) odczytanych absorbancji jak i całkowite przeliczenie (oraz interpretacja) wpisanych ręcznie absorbancji na końcowy wynik badania.

Odpowiedź na Pytanie 6:
Zamawiający nie widzi konieczności zmiany wysokości kar umownych. Nie ma to wpływu na efektywność pracy urządzeń .
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Odpowiedź na Pytanie 7:
Punkt **„Tipsy do analizatora"**, podpunkty 1 i 2 określają zarówno typ końcówek jakimi pipetuje aparat jak również sposób ich pakowania.
W punkcie tym Zamawiający nie wymaga zaoferowania końcówek.

Odpowiedź na Pytanie 8:
Instalacja aparatów jest przewidziana na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu, ul. Wrocławska 170 i tam będą przeprowadzone szkolenia.

Zamawiane aparaty mają służyć do wykonania programu eradykacji i monitoringu choroby Aujeszkyego. Nie jest możliwe określenie czasu trwania tego programu. Z doświadczeń innych krajów europejskich wynika, że takie programy trwają nawet do 6-8 lat.
W tym czasie może dojść do zmian personalnych w laboratorium Zamawiającego. W szczytowym okresie, w związku z dużą liczbą próbek możliwe jest zaangażowanie większej liczby personelu. Ewentualne zmiany i aktualizacje oprogramowania aparatów są również związane z koniecznością pozyskania informacji od Wykonawcy.
Obowiązkiem Zamawiającego jest płynne wykonanie badań w kierunku choroby Aujeszkyego, niezależnie od wspomnianych czynników.
Dlatego też Zamawiający wymaga od Wykonawców „nielimitowanych szkoleń". Brak „limitu" dotyczy zarówno ilości wizyt pracowników Wykonawcy, jak również łącznego czasu spędzonego przez te osoby w laboratorium Zamawiającego.
Od Wykonawcy zależy określenie kosztów szkoleń i obliczenie wartości oferty.

KIEROWNIK
Zakładu Higieny Weterynaryjnej
w Opolu
lek. wet. Witold Dec