Poznań, dnia 2007-11-02

Wykonawca:
STI Bartosz Czajkowski
ul. Malinowskiego 2a
61-332 Poznań
tel.: +48 61 6417759
fax: +48 61 6417758

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Wpł dnie 02 -11- 2007
Lp. ..... podpis .....

Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole
ul. Wrocławska 170
tel. (077) 4575010
tel/fax (077) 4575461

Dotyczy: DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB MNIEJSZEJ OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP. na dostawę wyposażenia pomiarowego (WSZ: 333270000 – przyrządy i aparatura nastawna i kontrolna).

Pytania do Zamawiającego dotyczące analizatorów ELISA

1. Czy zamawiający dokonał obliczenia, jakimi parametrami wydajnościowymi ma się charakteryzować zamawiane urządzenie, na bazie których określił ile płytek ma być umieszczanych w urządzeniu, tj. ilości miejsc na obsługiwane płytki i płytki doładowane i oczekujące na obsługę?
2. Czy na bazie wykonanych obliczeń zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o większej ilości obsługiwanych płytek, lecz bez możliwości doładowania, np. urządzenia 6 lub 9 płytkowego zamiast urządzenia 4 płytkowego z możliwością doładowania do 7. Urządzenie 6 lub 9 płytkowe umożliwia umieszczenie do 6 lub do 9 płytek w pełni obsługiwanych (pipetowane i inkubatory), a co za tym idzie posiada większe możliwości niż urządzenie o 4 płytkach obsługiwanych i 3 doładowywanych. Czy zamawiający może podać parametry wydajnościowe) zamawianego urządzenia (ilości płytek przetwarzanych w określonym czasie), aby możliwe było dobranie urządzenia o odpowiednich parametrach?
3. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o 6 lub 9 niezależnych inkubatorach z programowana temperaturą od temperatury pokojowej do 50st. C. zamiast 4 inkubatorów?
4. Czy zamawiający może szczegółowo opisać na czym ma polegać automatyczna procedura utrzymania aparatu, dzienna, tygodniowa, miesięczna?
5. Czy zamawiający może opisać wymagane działanie modułu programowania „ratowanie wyników" do testów ilościowych?
6. Czy w Projekcie Umowy zamawiający może zmienić zapis dotyczący kar umownych i umieścić górna granicę wartości pobieranych kar, np. 5% wartości towaru? Obecne brzmienie zapisu: *„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach : w wysokości 0,2% wartości umownej towaru niedostarczonego w terminie umownym lub wadliwego za*

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej przez zamawiającego do usunięcia wady lub wymiany na nowy,".

Z wyrazami szacunku.

Bartosz Czajkowski