W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ na sprzęt do diagnostyki serologicznej testem ELISA uprzejmie odpowiadamy:

Pytanie I.

Według wiedzy Zamawiającego metoda konduktometryczna jest najdoskonalszą z metod pomiaru poziomu płynów.

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie II.

Zamawiający ma zamiar przy pomocy czytnika kodów kreskowych identyfikować próbki wstawiane na pokład aparatu. Próbki w probówkach opatrzone będą kodami kreskowymi. W momencie wstawienia próbek do aparatu nastąpi zeskanowanie kodów wszystkich próbek bez dodatkowych operacji manualnych. Dlatego konieczne jest zastosowanie czytnika wbudowanego, gdyż zastosowanie jakiegokolwiek czytnika zewnętrznego niesie za sobą konieczność dodatkowej czynności manualnej, co ma znaczenie przy przewidywanej, dużej ilości próbek (około 2000 dziennie).
Identyfikacja odczynników, mikropłytek i innych elementów zestawu ELISA jest dla Zamawiającego sprawą drugorzędną, gdyż badania wykonywane będą głównie na jednym teście ELISA wykrywającym przeciwciała anty-PRV gE(gI), lecz nie wyklucza się wykorzystania tej funkcji do innych testów.

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie III.

Zapis SIWZ wyraźnie mówi, że Zamawiający wymaga *„Test przeznaczony do sprawdzania analizatorów ELISA”.*

Ponieważ dostępne na rynku płytki kalibracyjne (z wzorcami optycznymi) dają możliwość sprawdzenia tylko i wyłącznie fotometru, zamawiający chce wykorzystać uniwersalny zestaw walidacyjny zawierający mikropłytkę i niezbędne odczynniki: kontrolę, koniugat, substrat i odczynnik hamujący.
Zamiarem Zamawiającego jest sprawdzenie wszystkich istotnych etapów wykonywanych przez aparat, czyli: pipetowanie, inkubacja, płukanie i odczyt.

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie IV.

Zamawiający planuje wykonanie sieci laboratoryjnej działającej w standardzie ASTM. Dlatego wymaga się, aby oferowany aparat posiadał możliwość komunikacji w ww. standardzie.

Pytanie V.

Istotnie można dokonać zmiany zapisu na proponowany przez Państwa tj końcówki pakowane w zestawach do bezpośredniego załadowania do aparatu. Co do ilości końcówek nie jest możliwe określenie ich ilości z uwagi na fakt ,ze nie wiemy jaki test zostanie wybrany w drodze przetargu?

Pytanie VI.(w Państwa dokumencie oznaczone IV)

Zamawiający nie uważa za swój obowiązek dzielenia się swoimi planami z kimkolwiek.
Informacje na temat przedmiotu zamówienia zostały opublikowane w postaci SIWZ wraz z załącznikami, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
Nadmieniamy, że przygotowywany program eradykacji i monitoringu choroby Aujeszkyego nie jest tajemnicą. Odpowiednie działania w tym celu zostały podjęte przez Rząd RP w tym w szczególności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
Natomiast faktycznie termin realizacji może zostać wydłużony do 30 dni