CHEMINST POLSKA

Wrocław, 17.11.2008 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
tel. (077) 4575010
fax (077) 4575461

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą urządzeń diagnostycznych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu, nr postępowania: WIW.DA-241/16/2008.

Protest
wobec postanowień SWIZ

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) wnoszę protest wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dot. modyfikacji z dnia 14.11.2008r. dot. części 4 - komora laminarna THERMO.

Przedmiotowej Specyfikacji zarzucam:

- naruszenie art. 7 ust.1, art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uwzględnienie protestu, poprzez zmianę zapisów SIWZ naruszających przepisy ustawy Pzp, tj.:

- zastosowaniu obiektywnych warunków udziału w postępowaniu,
- umożliwienie równego uczestnictwa w przedmiotowym przetargu i zachowaniu uczciwej konkurencji poprzez:

➢ unieważnienie modyfikacji SIWZ wprowadzonych przez Zamawiającego (wyjaśnienia Zamawiającego z dn.14.11.2008r. dotyczące części 4 – komory laminarnej THERMO), po pytaniach zadanych przez wykonawcę ALAB Sp. z o.o., w których tenże wykonawca domagał się modyfikacji poprzez zadanie pytań cytuję:

„Czy Zamawiający podając wymiar przestrzeni roboczej „dwustanowiskowa (szerokość stanowiska pracy około 180 cm)", wymaga aby komora laminarna przy szerokości blatu roboczego 180cm posiadała jak najmniejsze gabaryty zewnętrzne, tzn. szerokość zewnętrzna maksymalnie 190cm, głębokość zewnętrzna maksymalnie 80cm, wysokość zewnętrzna maksymalnie 152cm? Bardzo istotne jest aby urządzenie przy tak dużej szerokości posiadało jak najmniejsze wymiary zewnętrzne, co związane jest z jego transportem przez standardowe drzwi oraz ilością miejsca zajmowanego w pomieszczeniu laboratoryjnym." oraz
„ Czy komora laminarna z pochyloną szybą powinna być wyposażona w funkcję manualnego opuszczania poniżej poziomu blatu roboczego w celu łatwego dostępu podczas czyszczenia do całej powierzchni szyby bez konieczności unoszenia do poziomu? Rozwiązanie to pozwala uniknąć systemu odchylania szyby , tym samym niweluje prawdopodobieństwo urazów ciała, jakie mogą nastąpić podczas uderzenia w odstające poziomo metalowe elementy obramowania szyby frontowej komory."

i uzyskując odpowiedź twierdzącą (wymaga się) eliminował z przetargu urządzenia inne niż model komory MSC ADVENTAGE 1.8 firmy THERMO SCIENTIFIC będąc jednocześnie jej wyłącznym dystrybutorem na terenie RP.

W przypadku braku wprowadzenia proponowanych powyżej zmian SIWZ, wnoszę o unieważnienie postępowania.

CHEMINST POLSKA

Uzasadnienie

Informuję, że wprowadzona dnia 14.11.2008r. modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części 4 – komora laminarna THERMO, jest niezgodna z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 7 ust.1, art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 2, ponieważ nie zapewnia zachowania zasad uczciwej konkurencji i ogranicza dostęp do postępowania wyłącznie do jednego wykonawcy tu: ALAB Sp. z o.o.

Pierwotny zapis SIWZ z dn. 07.11.2008r. dotyczący części 4 (komory laminarnej THERMO) nie zawierał zapisu dotyczącego wymiarów zewnętrznych komory,(pomimo podania nazwy producenta komór laminarnych) natomiast po modyfikacji SIWZ z dnia 14.11.2008r. (odpowiedź 15) został wprowadzony wymóg cytuję „aby urządzenie przy długości roboczej blatu 180 cm miała szerokość zewnętrzną max 190 cm". Ponadto cytowana wyżej odpowiedź Wykonawcy sugeruje (doprecyzowuje) szerokość komory roboczej jako 180 cm, podczas gdy pierwotny zapis brzmiał „szerokość stanowiska pracy około 180 cm"

Kolejną modyfikacją Zamawiającego dokonaną dnia 14.11.2008r. jest określenie wymogu, który również nie był określony w pierwotnym zapisie przedmiotu zamówienia, cytuję „wymagamy aby szyba posiadała funkcję manualnego opuszczenia szyby poniżej poziomu blatu".

Wyjaśniam, że kwestie o które pyta i domaga się modyfikacji wykonawca ALAB Sp. z o.o. nie były przedmiotem opisu przedmiotu zamówienia siwz w wersji przed modyfikacja tj. dniem 14.11.2008r.

Powyższe modyfikacje zupełnie zmieniają wymogi Zamawiającego. Wprowadzone modyfikacje są wskazaniem na konkretny model komory laminarnej (MSC ADVENTAGE 1.8 firmy THERMO SCIENTIFIC), której dystrybutorem jest firma ALAB Sp. z o.o.. Załączony do protestu folder/opis urządzenia dostępny na stronie internetowej firmy ALAB Sp. z o.o. (*http://www.alab.com.pl/sprzet/product/172*), potwierdza zgodność jej parametrów z parametrami wprowadzonymi poprzez modyfikację przez Zamawiającego w wyjaśnieniach.

Informuję, że posiadam w ofercie komorę laminarną spełniającą pierwotny zapis SIWS, a wprowadzone przez Zamawiającego modyfikacje SIWZ uniemożliwia mi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2) Opis komory laminarnej MSC ADVENTAGE 1.8 firmy THERMO SCIENTIFIC dostępny na stronie internetowej firmy ALAB Sp. z o.o.

Z poważaniem,

Aleksander Prychidny

ul. Olszewskiego 7, 51-642 WROCŁAW, tel.: (071) 348 14 08; fax: (071) 348 14 09
e-mail: office@cheminst.com.pl serwis: serwis@cheminst.com.pl
Konto: Bank Przemysłowo Handlowy S.A. III O/Wrocław nr: 76 1060 0075 0000 4099 1013 3792
NIP: 756-155-12-73 REGON: 930995359

PREZYDENT WROCŁAWIA

Urząd Miejski Wrocławia
ul. G.Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
wso@um.wroc.pl

Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej
50-141 Wrocław pl.Nowy Targ 1/6
tel.071/777-70-13, 777-70-36
fax.071/777-70-46

WSO.RG.I.6414-272/EN/2008..... Wrocław, dnia 27.06.2008r....

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art.217 i art.218 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.z 2000r Nr 98 poz.1071 ze zmianami/

zaświadcza się

że Pan/i

PRYCHIDNY ALEKSANDER zam. ZAWADZKIE ul. OPOLSKA 70/10

figuruje aktualnie w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Nr: **101549/**
Nazwa: CHEMINST POLSKA

Chemist Polska
Aleksander Prychidny
właściciel

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
WROCŁAW KAROLA OLSZEWSKIEGO 7

Przedmiot działalności gospodarczej:
29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny
33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 29/04/1997
Data ostatniej zmiany : 08/02/2005

Z up. Prezydenta
Elżbieta [illegible]
Główny Specjalista

Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego.
Opłatę skarbową w wys. 17,- zł uiszczono w dniu 27.06.2008r.
Dowód wpłaty nr .01194798.

KOMORA LAMINARNA MSC ADVANTAGE
firmy
THERMO SCIENTIFIC

Parametry techniczne:

- Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym, oznaczona znakiem „BIOHAZARD"
- 2 filtry HEPA (główny i wylotowy) o sprawności 99,999% dla cząstek 0,3µm

wymiary zewnętrzne:

MSC Advantage 1.8 – 1,8m: (głęb. x szer. x wys.)
795x1900x1520mm

wymiary komory roboczej:

MSC Advantage 1.8 – 1,8m: (głęb. x szer. x wys.)
495x1800x780mm

- poziom głośności:
  - MSC Advantage 1.8 – 1,8m: 57 dBA
- manualnie przesuwana przednia szyba, odchylona od pionu o 10° zapewnia doskonała widoczność
- szyba z funkcją niskiego opuszczania, zapewniająca użytkownikowi możliwość wyczyszczenia wewnętrznej powierzchni okna bez odchylania go do poziomu
- pochyły filtr główny tworzący kąt prosty z przednią
- regulacja wysokości położenia blatu roboczego (regulacja wysokości podstawy) – każdy dostosuje komorę do swoich wymagań
- lampa UV umieszczona w komorze roboczej z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie od 1 minuty do 24 godzin
- sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD pokazującym parametry pracy:
  - natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej
  - liczba godzin pracy urządzenia
  - stopień zużycia filtrów
- panel sterujący umiejscowiony w ergonomiczny sposób, pozwalający operatorowi odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy
- automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów
- funkcja „standby" – tryb oczekiwania na pracę (oszczędny tryb pracy zachowujący komorę w ciągłej gotowości do pracy)
- automatyczne obniżenie przepływu o 30% przy całkowitym zamknięciu szyby przedniej - **brak konieczności pamiętania o uruchomieniu funkcji standby**
- blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV
- przesuwana podpora pod ręce zapobiegająca zasłonięciu wlotowych otworów powietrza, umożliwiająca zajęcie optymalnej pozycji przy komorze
- zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie w czystości
- dzielony, autoklawowalny blat wykonany ze stali nierdzewnej
- alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy
- komora wyposażona w wentylator główny (komora 1.8 posiada dwa wentylatory główny) oraz wentylator wylotowy
- oświetlenie 1200 lux

- fabrycznie przygotowane 4 otwory na zawory (po dwa na każdej ścianie)
- dwa gniazda elektryczne
- znak CE
- certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez niezależny ośrodek certyfikujący
- Waga 240 kg