Znak sprawy DA.272.14.2011 Opole, 14 listopada 2011 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości poniżej
125 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm)

ZAMAWIAJĄCY:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. WROCŁAWSKA 170
45-836 OPOLE

zamierza udzielić zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia pomiarowego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
38570000- 1 przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna.

Zał. nr 1 – formularz ofertowy - cenowy
Zał. nr 2 – oświadczenia zgodne z art. 22 i 24 ustawy pzp.
Zał. nr 3 – wzór umowy

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole
ul. Wrocławska 170
tel. 077/ 457 50 10, fax 077/ 457 54 61
www.wiw.opole.pl
godziny urzędowania: 7^{00} - 15^{00}

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm).

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą nowego sprzętu wraz z ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zadanie 1.

Zestaw do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym
Termocykler na elementach Peltiera 96 dołkowy do pracy z płytkami lub probówkami w paskach objętości 0,1ml. Posiadający kamerę CCD do rejestracji obrazu fluorescencyjnego.
Możliwość detekcji w minimum 5 kanałach:
- FAM/SYBR Green I,
- VIC/JOE,
- NED/TAMRA/Cy3,
- ROX/Texas Red ,
- Cy5.

Lampa halogenowa jako źródło światła do wzbudzania fluorescencji z monitoringiem czasu pracy.
Detekcja sygnału:
- kamera CCD z systemem filtrów emisyjnych.

Możliwość zastosowania barwnika ROX i jego dostępność w zestawach oferenta do składania reakcji real – time PCR
Możliwość stosowania innych barwników niż ROX jako pasywną kontrolę fluorescencji.
Czułość detekcji nie gorsza niż 10 kopii genu, rozpiętość detekcji 9 log.
Zakres temperatur minimum: 4 – 100°C, szybkość zmian temperatury w bloku minimum +/-3.5 ^{o}C/sek.
Zasilanie 230V/50 Hz.
System otwarty, zezwalający na użycie odczynników różnych producentów.
Zestaw komputerowy sterujący i do analizy, laptop:
- konfiguracja minimum: 80 GB HD, 2 GB RAM, Win XP Pro, DVDRW, 1.66GHz :

Możliwość oprogramowania –umożliwiającego minimum:
- zbieranie i przechowywanie danych,
- projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu,

- automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej i krzywej standardowej,
-relatywne oznaczanie ekspresji genów metodami: ΔΔCt, oraz z krzywą standardową,
- możliwość kontroli czystości fluorescencyjnej aparatu,
- algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej,
Oprogramowanie do automatycznego obliczania relatywnej ekspresji genów metodą ΔΔCt z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie.
Amplifikacja w czasie do 40 min,
możliwość przeprowadzania reakcji w objętości 10-30 µl.
Oferowane przez producenta urządzenia kompletne rozwiązania do pracy w trybie szybkim, mi. in. odczynniki, plastiki, protokoły.
Certyfikat ISO 9001, deklaracja zgodności z CE.
Serwis obejmujący:
- maksymalny czas reakcji na zgłoszenie – 72 godzin,
- maksymalny czas naprawy aparatu 21 dni roboczych,
- gwarancja na oferowane urządzenie min. 12 m-cy.
Szkolenie z obsługi aparatu oraz instrukcja obsługi.
Dostarczony wraz z aparatem zestaw startowy testów . Zestaw kompatybilny z aparatem składający się między innymi z:
- co najmniej 50 reakcji izolacji DNA do badań GMO,
-co najmniej zestawu umożliwiającego wykonanie 48 pełnych oznaczeń soi typu Roundup, (zestaw powinien umożliwić wykonanie oznaczenia ilościowego soi Roundup w odniesieniu do ilości soi zawartej w próbie)

Zadanie 2.

Dygestorium o wymiarach szerokość: ok. 120cm, wysokość: ok. 210 cm, głębokość: ok. 80 cm.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje:
- wymagane wymiary podane powyżej.
- stelaż typu A z rur stalowych lakierowany proszkowo lub równoważny
- blat granitowy z podniesionym obrzezem lub równoważny
- komora robocza z blachy kwasoodpornej lub stalowa lakierowana proszk.,
- szyba przednia ze szkła klejonego, podnoszona, z przeciwwagą i zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadaniem
- oświetlenie jarzeniowe 2x18W lub równoważne
- wymagany wyciąg powietrza z własnym silnikiem jako element dodatkowy.
- wymagana kolorystyka podobna do innych mebli zainstalowanych w pomieszczeniu.
- montaż urządzenia
- wymagana instrukcja BHP urządzenia
-Wymagania jakościowe: j.w.
-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
-Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
-Szkolenie pracowników: Nie
-Instrukcja w języku polskim. TAK

Zadanie 3.
Naczynie Dewara do przechowywania hodowli komórkowych w ciekłym azocie z 6 plastykowymi karnistrami do przechowywania probówek oraz 30 metalowymi uchwytami na probówki 2ml.
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne

informacje:
- wymagane wymiary wysokość około 660mm, średnica około 468 mm, średnica szyjki ok. 50 mm.
- wymaganye dzienne odparowywanie maksymalnie 1 litr na dobę.
- wymagana objętosć użytkowa min 30 litrów.
- wymagana liczba pojemniczków/kanistrów minimum 6 sztuk (dodatkowo 30 metakowych uchwytów na probówki 2ml)
- wymagany statyczny czas trzymania minimum 340 dni.
- wymagany dynamiczny czas trzymania minimum 210 dni.
- wymagana podstawa na kółkach.
- wymagana instrukcja BHP urządzenia
- wymagania jakościowe: j.w.
-serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
-.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
- Instrukcja w języku polskim. TAK

Zadanie 4
Nablatowa komora do prac przy oznaczeniach PCR

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje:
- wymagany pionowy laminarny przepływ powietrza.
- wymagany filtr HEPA
- wymagana lampa UV wewnątrz komory
- wymagana powierzchnia robocza 100-120cm ze stali nierdzewnej
- wymagane oświetlenie wewnętrzne
- wymagane przeźroczyste boczne panele zapewniające dobrą widoczność
- wskazana szyba frontowa z poliwęglanu, uchylana.
-wymagania jakościowe: j.w.
-serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
-odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
- szkolenie pracowników: TAK
-instrukcja w języku polskim. TAK

Zadanie 5

Zestaw do wykonywania oznaczeń w technologii RT-PCR
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje:
- System do amplifikacji DNA w technologii Peltier, z co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym
- Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników: FAM/SYBR Green I, VIC/JOE, NED/TAMRA, ROX,
- Źródło wzbudzenia sygnału: Pojedyncza dioda LED z systemem 4 filtrów emisyjnych
- System detekcji sygnału: fotodioda,
- Blok grzejny 96-cio dołkowy pracujący w trybie standardowym oraz trybie szybkim , złożony z 6 niezależnych bloków grzejnych, maksymalna rozpiętość temperatury na bloku pomiędzy strefami grzejnymi: 25 °C, maksymalna różnica temperatury pomiędzy 6 niezależnymi, sąsiadującymi blokami grzejnymi 5°C.
- Dokładność rozróżnienia pomiędzy 5,000 a 10,000 kopii matrycy - 99,7% ,
- Naczynia reakcyjne: płytki 96-cio dołkowe, probówki 0,1 ml pojedyncze oraz probówki 0,1 ml w paskach,

- Zakres objętości reakcyjnych: 10– 30 µl
- Zakres temperatur: 4 - 100°C,
- Jednorodność rozkładu temperatur w bloku +/- 0,5°C.
- Dokładność w utrzymywaniu zadanej temperatury +/- 0,25°C
- Szybkość zmian temperatury w bloku min 4,6 °C/sek.
- Rozpiętość detekcji 9 logarytmów.
- Możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR, jako pasywnej kontroli wewnętrznej,
- Możliwość pracy aparatu bez komputera, wykorzystując „pamięć przenośną", dołączona pamięć (min. 256MB).
- Aparat wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych z aparatu.
- Do zestawu dołączony odpowiedni zestaw komputerowy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym:
- kontrolę aparatu
- zbieranie i przechowywanie danych
- automatyczne wykreślanie krzywej standardowej
- oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych
- relatywne oznaczanie ekspresji genów metodami: ΔΔCt, oraz z krzywą standardową
- oznaczanie jakościowe (+/-)
- szybką detekcję patogenów
- analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli)
- analizę krzywych dysocjacji
- stosowanie kontroli wewnętrznej
- umożliwiające projektowanie primerów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu, projektowanie primerow i sond do reakcji multipleksowych, projektowanie primerow do pracy z SYBR Green.
- automatyczną kalkulację, w trakcie każdego cyklu reakcyjnego, poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej
- protokoły pipetowania poszczególnych składowych reakcji wraz z wytycznymi dotyczącymi rozcieńczania
- powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o rozpoczęciu lub zakończeniu reakcji.
- umożliwiające eksport danych do: PowerPoint, Excel, jpeg.
- Dostęp do działu wspomagania aplikacyjnego
- Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczonego w przeciągu 2 dni roboczych.
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
-Wymagania jakościowe: certyfikat jakości
-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
-Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
-Szkolenie pracowników: TAK
-Instrukcja obsługi.
- Dostarczone wraz z aparatem zestaw odczynników startowych minimum:
Zestaw starczający na wykonanie 96 reakcji izolacji materiału genetycznego z tkanek, zestaw wykorzystuje technikę izolacji opartą na magnetycznych cząsteczkach. Dołączany do zestawu statyw magnetyczny na 16 probówek 1,5 ml/2,0 ml typu Eppendorf. Część wierzchnia łatwo usuwalna ze statywu, optymalna objętość reakcyjna 10-2,000 µl.

Zadanie 6

Wirówka z chłodzeniem zawierającej wirnik nieprzepuszczający aerozole na 30 x mikroprobówek 1,5/2,0 mL,
- zestawem 24 sztuk adapterów, do mikroprobówek 0,2 m do PCR odpowiednich do w/w wirnika.
- dodatkowym wirnikiem na 8 x kompletów 8 mikroprobówek w pasku do PCR (z adapterami i pokrywą),

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje:
- Maksymalna prędkość obrotowa: 17.500 obr/min
- Funkcja hamowania SOFT
- zakres temperatur od –11 °C do 40 °C
- wymiary: 38 x 64 x 29 cm
- część funkcji regulowana pokrętłami.
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
-odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
- instrukcja w języku polskim. TAK

Zadanie 7

Medyczna zamrażarka niskotemperaturowa o pojemności około 500 l z rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych oraz stelażem metalowym na 20 pudełek.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje:
- wymagane wykonanie szafowe cienkościenne
- wymagany zakres ustawiania temperatury (-50ºC do -86ºC).
- wymagana dokładność regulacji temperatury +/- 1ºC.
- wymagany sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury aktualnej oraz ustawionej z sygnalizacją stanów awaryjnych pracy zamrażarki
- Wymagana komora dzielona na dwie sekcje każda zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi, liczba półek 3 + podłoga
- wymagana kwalifikacja urządzenia jako sprzęt medyczny.
- wskazana współpraca dołączonego rejestratora temperatury z modułem Q-Msystem Base.
-wymagania jakościowe: j.w.
-serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
-odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
-szkolenie pracowników: TAK
-instrukcja w języku polskim. TAK

Zadanie 8

System do pomiaru temperatury przy walidacji cieplarek, łaźni wodnych, sterylizatorów i lodówek laboratoryjnych spełniających wymagania określone w dokumencie EA-4/10 PCA " Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych" (pkt.6.2 "Wzorcowanie i sprawdzanie parametrów),

Skład systemu:

1.Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-807 D **z opcją Termografii** drukarka PORTI) z wzorcowaniem urządzenia w pełnym zakresie pomiarowym.
2. Komplet **referencyjnych** czujników temperatury z przewodami o długości minimum 4 metry (8 sztuk) z wtykami specjalnymi (zakres pomiarowy od -90*C do + 200*C).
4. Program komputerowy: Termografia PC
5. Program komputerowy Rejestrator Temperatury PC

6. kabel transmisji danych do komputera PC - USB: cena:
7. Komputer przenośny z matrycą 10-12 cali z systemem Windows adekwatny do obsługi powyższego oprogramowania i systemu pomiarowego.

Specyfikacja urządzenia:

1. Wejście : osiem czujników Pt-100 kl. A lub B według normy PN-EN 60751+A2:1999
2. Sposób podłączenia czujników Pt-100 : linia czterożyłowa z kompensacją błędu długości kabla.
3. Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: od -90*C do + 300*C
4. Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02*C
5. Dokładność rejestratora: 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
6. Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury rejestratora)
7. Drukarka PORTI S30/40 : wbudowana do przyrządu
8. Interwał wydruku na drukarce : od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury rejestratora)
9. Komunikacja z komputerem: RS-232 (odległość od komputera do 4 metrów)
   USB (wymagany adapter RS-232/usb)
   RS-485 – wymagany konwerter
10. Odczyt wyników pomiarowych i statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków z podświetleniem LED.
11. Klawiatura przyrządu: alfanumeryczna oraz klawisze dedykowane (wydruk, start/stop rejestracji)
12. Przełączanie kanałów pomiarowych: automatyczne lub ręczne za pomocą klawiatury
13. Wydruk na wbudowanej drukarce: tabelaryczny lub wykres (rejestracja temperatury i termografia)
14. Przełączanie opcja rejestracja/termografia : klawiatura rejestratora KRT-807 D
15. Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika):
    - pamięć wewnętrzna, nieulotna (8 x 12500 zapisów)
    - drukarka miniaturowa PORTI wbudowana do rejestratora
    - on-line na dysk twardy współpracującego komputera
16. Obsługa specjalizowanego programu wewnętrznego do termografii
17. Specjalizowany program Komputerowy Termografia generujący automatycznie protokoły
    sprawdzenia rozkładu temperatury w urządzeniach termicznych zgodnie z wymaganiami PCA. Protokół zawiera Logo użytkownika.
18. Zasilanie 12 V dc poprzez adapter 230 V
19. Obudowa plastikowa, hermetyczna IP 54 z przeźroczystą pokrywą
20. Odporność klimatyczna: IP 54
21. Wymiary obudowy: D240 x W 145 x G95
22. Załączony Komplet **referencyjnych** czujników temperatury (8 sztuk) z wtykami specjalnymi o zakresie pomiarowym od minimum -90*C do minimum + 200*C.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

Do każdego ze sprzętu obowiązkowe dostarczenie INSTRUKCJI BHP

Do składanych ofert należy dostarczyć foldery z opisem i wyglądem aparatury.

Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych *(zadania od 1 – 8*).

Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia składanych przez jednego Wykonawcę. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części. (zadania od 1 -8).

3.Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich certyfikatów.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone kryteria :
- certyfikat kontroli jakości
- parametry techniczne, wymagania jakościowe,
- instrukcja w języku polskim

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala wykonanie zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2011r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy przez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.

3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b.
4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, do uzupełnienia dokumentów, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane materiały wymagań określonych w siwz. nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

   a) formularz ofertowy- cenowy (zał. 1),
   b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2),
   c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zał. 2),
   d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

   W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa:

   polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. – Dz. U. nr 226, poz. 1817).

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na **nr 77/457 54 61** Przy przekazaniu faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
3. Korespondencja która wpłynie do Zamawiającego po godzinach urzędowania będzie zarejestrowana jako odebrana w dniu następnym.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazać znak sprawy postępowania nadany przez zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej **www.wiw.opole.pl.**

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- w sprawach merytorycznych lek. wet. Witold Dereń, kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu, tel.77/ 541 71 98, w godz. 8:00 – 14:00

- w sprawach proceduralnych- Małgorzata Sadowska, referent ds. Zamówień publicznych tel. 77/ 541 72 28 w godz. 8:00 – 14:00

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. Zaleca się wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego.
2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionych lub upoważnion(-ego)-ych przdstawiciel(-a)-i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob-(ę)y nie wymienion-(ą)e w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii,
5. Wszystkie strony oferty (również załączniki) powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Strony powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.
8. Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający wybierze oferty z najniższą ceną z oferowanych dla poszczególnych części.
9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
   a) formularz ofertowy- cenowy (zał. nr 1),
   b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2)
   c) parafowany wzór umowy – zał. nr 3
10. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej przez wykonawcę.
11. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa w pkt. 10, do oferty należy także dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia pomiarowego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.11.2011 r.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 23.11.2011 r. do godziny 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii ul. Wrocławska 170 45-836 Opole pokój 114 (sekretariat) lub przesłać na jego adres.
2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Jawne otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 23.11. 2011 r. o godzinie 11:00** w Sali narad WIW (parter), ul Wrocławska 170, 45 – 836 Opole
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy, a także informacje dotyczące ceny.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczeń i złożenia dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.

2.W formularzu ofertowym – cenowym- zał. nr 1, należy podać cenę łączną za oferowane produkty z podatkiem VAT.

3. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku VAT.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:
   - oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
   - oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
   - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Nazwa kryterium	Waga %
Cena	100

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej oferty x 100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium cen

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający zawrze umowę w sprawie wykonania zamówienia z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na zakres świadczeń tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie oraz na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.
Zamawiający informuje, że dla zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób reprezentujących stronę umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – zał. 3
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Wykonawca akceptuje treść wzoru przez parafowanie każdej strony przez osobę podpisującą ofertę i załączenie tak podpisanego wzoru umowy do oferty.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zmawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

.....
Podpis osoby uprawnionej