Znak sprawy DA.272.15.2012 Opole, 07 listopada 2012 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości poniżej
125 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm)

ZAMAWIAJĄCY:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. WROCŁAWSKA 170
45-836 OPOLE

zamierza udzielić zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia pomiarowego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
38570000- 1 przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna.

Zał. nr 1 – formularz ofertowy - cenowy
Zał. nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4 – wzór umowy

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole
ul. Wrocławska 170
tel. 077/ 457 50 10, fax 077/ 457 54 61
www.wiw.opole.pl
godziny urzędowania: 7^{00} - 15^{00}

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm).

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą nowego sprzętu wraz z ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zadanie 1.

Szafa termostatyczna 2 komorowa np. POL-EKO ST 2/2+ lub równoważna
Warunki zamówienia:
Urządzenie w kolorze jasno-szarym, wnętrze z aluminium.

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Szafa termostatyczna 2-komorowa, z wymuszonym obiegiem powietrza, zakres temperatury, od 3 do 50 ^{o} C dla każdej komory.
Wymiary każdej komory w mm: (szer. x wys. x gł.) 520 x 660 x 422
3 półki druciane w każdej z komór.
Otwory na sondy pomiarowe w każdej z komór z boku lub z tyłu urządzenia.

2.Wymagania jakościowe:
Wymagana instrukcja w języku polskim
Wymagana instrukcja BHP w języku polskim

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: Tak

4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: Tak

5.Szkolenie pracowników: NIE

6.Instrukcja w języku polskim: wymagana

Zadanie 2

Szafa chłodnicza szt. 1 np. Bolarus WS-500L lub równoważna

Warunki zamówienia:
Urządzenie w kolorze białym, wnętrze ze stali nierdzewnej.

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Szafa chłodnicza, z wymuszonym obiegiem powietrza (wentylatorem), zakres temperatury: od 1 do 10^{o} C.
Wymiary zewn. w mm: (szer. x wys. x gł.) 620 x 2020 x 860; wymiary wewn. w mm: (szer. x wys. x gł.) 500 x 1505 x 695).
6 półek metalowych z prowadnicami w komorze. Drzwi przeszklone.
Otwór na sondę pomiarową w komorze.

2.Wymagania jakościowe:

Wymagana instrukcja w języku polskim
Wymagana instrukcja BHP w języku polskim

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: Tak

4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: Tak

5.Szkolenie pracowników: NIE

6.Instrukcja w języku polskim: wymagana

Zadanie 3

Waga Półmikroanalityczna 81g/210g taka jak OHAUS DISCOVERY, model DV 215 CDM lub równoważna – 1 szt

Warunki zamówienia:

1. Waga półmikroanalityczna
Dane techniczne:
- nośność, max udźwig – 81/210g,
- stały podzakres – 81 g,
- powtarzalność (odchylenie standardowe) – 0,02mg/0,1mg,
- liniowość - +/- 0,03mg/0,2 mg,
- zatwierdzenie typu, legalizacja w cenie wagi,
- działka odczytowa dla 81g – 0,01mg, dla 210g – 0,1mg,
- kalibracja wewnętrzna dwoma odważnikami kalibracyjnymi,
- wzorcowanie wykonane przez Laboratorium Wzorcujące posiadające akredytację PCA w następujących punktach:0,1g; 0,15g; 0,2g; 0,3g; 0,5g; 1g; 3g; 5g; 10g; 30g; 40g; 50g; 60g; 100g; 200g.
- instrukcja w języku polskim.

2.Wymagania jakościowe:
Waga półmikroanalityczna 81g/210g + wzorcowanie w 15 pkt. wykonane przez Laboratorium Wzorcujące posiadające akredytację PCA - wymagania wg załącznika

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: tak .

4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: minimum 1 rok

5.Instrukcja w języku polskim: tak - wraz z instrukcją sprawdzania.

Zadanie 4

Szafa bezpieczeństwa taka jak typ KombiLAB 1200 KL7 – takiej jak firma LABART nr kat. B80-2618-A – lub równoważna 1 szt-

Wymagania:

1. -do przechowywania i magazynowania substancji łatwopalnych, kwasów i zasad w miejscu pracy, typ 90
2. -odporność ogniowa ≥90 minut
3. -podłączenie do wentylatora DN 75 na górze szafy
4. - korpus i drzwi w kolorze szarym RAL 7035
5. - 3 drzwi
6. - ciężar własny= 426kg
7. - wymiary.: 1195x600x1935mm
8. Typ KOMBILAB zawiera:
9. 1. Część na substancje łatwopalne
10. - 3 półki z możliwością regulacji wysokości co 64mm
11. -wanienka zbiorcza o pojemności 22 litrów
12. -perforowana pokrywa na wanienkę zbiorczą
13. -mechanizm termiczny automatycznie zamykający drzwi w przypadku pożaru, gdy temp. </=50st.C oraz kanały went. przy wzroście temp. do 70st.C (+-10st.C)
14. -blokada drzwi w pozycji otwartej, drzwi prawe
15. -automatyczne zamykanie drzwi oraz zamknięcie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru
16. - oznakowanie zgodne z PN-EN 14470-1 w języku polskim oraz ISO 3864/ TRbF 20-L
17. - znak GS oraz CE
18. -łatwe poziomowanie szafy do 15 mm
19. - wymiary zew.: 595x598x1935mm
20. 2. Część na kwasy i zasady
21. - konstrukcja wykonana z płyty pokrytej HPL- szczególnie odpornej na uderzenia, otarcia i zadrapania
22. -wnętrze oraz wyposażenie wykonane z materiałów odpornych na korozję
23. -możliwość poziomowania szafy
24. -szafa posiada dwie komory umożliwiające separację kwasów i zasad
25. -drzwi wyposażone w zamki cylindryczne
26. -kratki wentylacyjne umieszczone w tylnej ścianie szafy
27. -szafa oznakowana znakami ostrzegawczymi (W03/W04)
28. -dwoje pełnych drzwi, otwieranych niezależnie, drzwi lewe
29. -2x2 wysuwane półki z blokadą całkowitego wysunięcia z umieszczonymi na nich kuwetami wykonanymi z PE w kolorze białym
30. - odległość między półkami: 4x420mm
31. - wymiary zew.: 600x600x1935mm

32. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: Tak
33. Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: minimum 12 miesiące od dostawy
34. Instrukcja w języku polskim: wymagana
35. Transport, rozładunek i ustawienie w miejscu przeznaczenia na I kondygnacji budynku,
36. Przygotowanie szafy do użytku – wyprowadzenie przewodów od butli z gazem, poziomowanie sprawdzanie mechanizmów zamykających drzwi oraz kanałów wentylacyjnych, szkolenie użytkowników.

Zadanie 5

Szafa bezpieczeństwa na 2 butle z gazem, typ 600 GZ – taka jak firmy LABART nr kat. 0702-00047 lub równoważna – 1 szt

1. - do przechowywania butli ze sprężonymi gazami w miejscu pracy zgodne z normą EN 14470-2 (F30)
2. znak bezp. GS
3. - izolacja zgodna z normą DIN 4102
4. - korpus zewnętrzny z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszarym)
5. - wnętrze korpusu wykonane z płyty z HPL w kolorze RAL 7035
6. - listwa podłogowa ze stali nierdzewnej
7. - mechanizm termiczny automatycznie zamykający kanały wlotowe przy wzroście temp.do 70st.C (+-10st.C)
8. - przyłącze DN 75 na dachu szafy umożliwiające podłączenie do instalacji wentylacyjnej
9. - zamek cylindryczny
10. - łatwe poziomowanie szafy dzięki regulowanym nóżkom
11. - w wyposażeniu: uchwyt do butli 50 litrowych, 2 poziome ceowniki
12. - wymiary zew.(szer.x gł.x wys.)=600x600x2015mm
13. - wymiary wew.(szer.x gł.x wys.)=492x430x1785mm
14. - pojemność: do dwóch (2) 50 l butli
15. - drzwi 1 (prawe)
16. - oznakowanie szafy w j. polskim
17. - waga: 295kg
18. - transport, rozładunek i ustawienie w miejscu przeznaczenia na I kondygnacji budynku,
19. - przygotowanie szafy do użytku – wyprowadzenie przewodów od butli z gazem, poziomowanie sprawdzanie mechanizmów zamykających drzwi oraz kanałów wentylacyjnych, szkolenie użytkowników.
20. - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: Tak
21. - odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: minimum 12 miesiące od dostawy
22. - instrukcja w języku polskim: wymagana

Zadanie 6

Wirówka na mikropłytki LMC 3000 – 1 sztuka.

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: posiadająca wskaźnik złego wyważenia rotora (automatyczne zatrzymanie wirówki oraz strzeżenie na wyświetlaczu, średnica komory 335mm, programator czasu 1-99 min (z krokiem co 1 min), rotor R-2 (2 razy płytka 96 dołkowa)

2.Wymagania jakościowe: regulowana prędkość wirowania dla mikropłytek 100-2000 obr/min(z krokiem 100obr/min).

3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min. 24 miesiące
4. Instrukcja w języku polskim: tak.

Zadanie 7

Urządzenia do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów oraz określania ich lekowrażliwości.

1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje
Warunki zamówienia: Urządzenie ma posiadać następujące cechy:
a) Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja,odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) - w obrębie aparatu
b) Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)
c) Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego.
d) Zaawansowany System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.
e) Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników podczas przygotowania zawiesiny drobnoustrojów.
f) Automatyczne napełnianie testów w systemie
g) identyfikacja co najmniej następujących drobnoustrojów:
- Gram-ujemnych
- Gram-dodatnich
- bakterii beztlenowych
- bakterii z rodzaju Corynebacterium
- drożdżaków
h) oznaczenia lekowrażliwościu drobnoustrojów:
- Gram-ujemnych
- Gram-dodatnich
- drożdżaków
i) Szkolenie personelu z użyciem zestawu startowego testów.
2.Wymagania jakościowe: j.w.
3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
4. Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
5.Szkolenie pracowników: TAK
6.Instrukcja w języku polskim. TAK

Zadanie 8
Homogenizator kulkowy z zestawem akcesoriów do homogenizacji tkanek miękkich.

Warunki zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje:

Urządzenie musi spełniać następujące parametry:

- Możliwość pracy w konfiguracjach: 24 probówki x 2 ml, 12 probówek x 7ml oraz 96 probówek x 0.5ml.
- Zakres pracy (prędkość): od 0.8 m/s do 8 m/s, skok co 0.15 m/s
- Liczba cykli: od 1 do 10
- Czas procesu: od 1sekunda do 9:59 minut
- Wygodne ładowanie próbek poprzez panel przedni.
- Homogenizator wyposażony w silnik bezszczotkowy
- Wysoka powtarzalność dzięki ustawianym parametrom: liczba cykli, prędkość, czas trwania procesu homogenizacja/pauza.
- System kontroli temperatury próbki.
- Opcjonalna możliwość podłączenia jednostki chłodzącej podczas pracy z próbkami wrażliwymi na temperaturę.
- Pamięć urządzenia mieszcząca do 99 indywidualnych programów pracy.
- Zatrzymanie procesu homogenizacji po 5 sekundach.w przypadku otwarcia pokrywy
- Wymiary: około 39 x 43 x 33 cm.

Wymagania co do zawartości zestawu:
Rak na probówki 12 x7ml (1 szt.)
Rak na probówki 24 x 2ml (1szt.)
Stelaż na raki (1 szt.)
Zestaw startowy zawierający fiolki 2ml z kulkami ceramicznymi, 1.4 mm oraz fiolki 7ml z kulkami ceramicznymi 1.4mm.
2.Wymagania jakościowe: j.w.
3.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: w Polsce
4.Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: tak (minimum 2 lata)
5.Szkolenie pracowników: TAK
6.Instrukcja w języku polskim. TAK

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

Do każdego ze sprzętu obowiązkowe dostarczenie INSTRUKCJI BHP

Do składanych ofert należy dostarczyć foldery z opisem i wyglądem aparatury.

Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zadania od 1 – 8).

2.Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia składanych przez jednego Wykonawcę. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części (zadania od 1 -8).

3.Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich certyfikatów.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone kryteria :
   - certyfikat kontroli jakości
   - parametry techniczne, wymagania jakościowe,
   - instrukcja w języku polskim

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala wykonanie zamówienia od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2012r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy przez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.
3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b.
4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, do uzupełnienia dokumentów, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane materiały wymagań określonych w siwz. nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

<u>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:</u>

1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

   a) formularz ofertowy- cenowy (zał. 1),
   b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2),
   c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 (zał. 3),
   d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

   W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa:

   polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. – Dz. U. nr 226, poz. 1817).

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na **nr 77/457 54 61** Przy przekazaniu faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
3. Korespondencja która wpłynie do Zamawiającego po godzinach urzędowania będzie zarejestrowana jako odebrana w dniu następnym.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazać znak sprawy postępowania nadany przez zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej **www.wiw.opole.pl.**

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- w sprawach merytorycznych lek. wet. Witold Dereń,
tel.77/ 541 71 98, w godz. 8:00 – 14:00
- w sprawach proceduralnych- Małgorzata Sadowska,
tel. 77/ 541 72 28 w godz. 8:00 – 14:00

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. Zaleca się wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego.
2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionych lub upoważnion(-ego)-ych przdstawiciel(-a)-i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob-(ę)y nie wymienion-(ą)e w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii,
5. Wszystkie strony oferty (również załączniki) powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Strony powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.
8. Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający wybierze oferty z najniższą ceną z oferowanych dla poszczególnych części.
9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy- cenowy (zał. nr 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru (zał. 2 i zał. 3)

c) parafowany wzór umowy – zał. nr 4

10. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej przez wykonawcę.

11. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa w pkt. 10, do oferty należy także dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia pomiarowego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19 listopada 2012 r.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 19 listopada2012 r. do godziny 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii ul. Wrocławska 170 45-836 Opole pokój 114 (sekretariat) lub przesłać na jego adres.
2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Jawne otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 19 listopada 2012 r. 10:15** w Sali narad WIW (parter), ul Wrocławska 170, 45 – 836 Opole
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy, a także informacje dotyczące ceny.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczeń i złożenia dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.

2.W formularzu ofertowym – cenowym- zał. nr 1, należy podać cenę łączną za oferowane produkty z podatkiem VAT.

3. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku VAT.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:
   - oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
   - oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
   - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Nazwa kryterium	Waga %
Cena	100

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt., pozostałe zostaną przeliczone według wzoru:

minimalna cena oferowana/cena badanej oferty x 100x100%

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – kryterium cen

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający zawrze umowę w sprawie wykonania zamówienia z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na zakres świadczeń tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie oraz na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

Zamawiający informuje, że dla zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób reprezentujących stronę umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – zał. 4
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Wykonawca akceptuje treść wzoru przez parafowanie każdej strony przez osobę podpisującą ofertę i załączenie tak podpisanego wzoru umowy do oferty.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zmawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

.....
Podpis osoby uprawnionej