Znak sprawy DA.272.13.2014 Opole, 06 listopada 2014r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości poniżej
134 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2013 r., poz. 907

ZAMAWIAJĄCY:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. WROCŁAWSKA 170
45-836 OPOLE

zamierza udzielić zamówienia publicznego na :

Zakup wraz z dostawą nowego sprzętu i wyposażenia pomiarowego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
38570000- 1 przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna.

Zał. nr 1 – formularz ofertowy - cenowy
Zał. nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 4 – oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
Zał. nr 5 – wzór umowy

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole
ul. Wrocławska 170
tel. 77/ 457 50 10, fax 77/ 457 54 61
www.wiw.opole.pl
godziny urzędowania: 7^{00} - 15^{00}

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą nowego sprzętu wraz z ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZADANIE 1 (Pracownia Higieny Środków spożywczych)

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna taka jak np. model LCv 4010 Mediline firmy Liebherr lub równoważna szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

-Urządzenie w kolorze białym, obudowa ze stali nierdzewnej.
-Wymiary zewn. w mm: (szer. x wys. x gł.) 600 x 2000 x 615.
-Drzwi stalowe.
-Komora chłodnicza, z wymuszonym obiegiem powietrza (wentylatorem), zakres temperatury: od +3 do +8^{o} C.
-Pojemność: 254 l.; wymiary wew. w mm: (szer. x wys. x gł.) 455 x 1110 x 435.
-4 półki żeberkowe.
-Otwór na sondę pomiarową w komorze.
-Zamrażarka, zakres temperatury: od -9 do -30^{o} C.
-Pojemność: 107 l.; wymiary wew. w mm: (szer. x wys. x gł.) 431 x 597 x 435.
-3 półki szklane.
-Otwór na sondę pomiarową w komorze.
-Wymagana instrukcja w języku polskim
-Wymagana instrukcja BHP w języku polskim
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min 24 miesiące
- Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady

ZADANIE 2 (Pracownia Higieny Środków spożywczych)

Inkubator chłodzący 256 litrów taki jak np. model ICP260, prod. Memmert lub równoważny szt.1

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Inkubator chłodzący, z wymuszonym obiegiem powietrza.
- Materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor obudowy: srebrzysty.
-Wewnętrzne szklane drzwi.
-Zakres temperatury, od -12 do +60 ^{o} C.
- Wymiary zewn. mm: (szer. x wys. x gł.) 824 x 1552 x 684
- Wymiary wew. mm: (szer. x wys. x gł.) 640 x 800 x 500
- 2 półki ze stali nierdzewnej rozm. 640 x 500 pasujące do modelu
-Otwór 23 mm w ścianie inkubatora.
-Wzorcowanie inkubatora w laboratorium akredytowanym przez PCA – 2 półki w 5 punktach, w temp. 37^{0}C.
- Wymagana instrukcja w języku polskim
- Wymagana instrukcja BHP w języku polskim
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min 24 miesiące
- Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady

ZADANIE 3 (Pracownia Higieny Środków spożywczych)

Inkubator chłodzący 256 litrów taki jak np. model ICP260, prod. Memmert lub równoważny szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

-Inkubator chłodzący, z wymuszonym obiegiem powietrza.
-Materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor obudowy: srebrzysty.
-Wewnętrzne szklane drzwi.
-Zakres temperatury, od -12 do +60 ^{o} C.
-Wymiary zewn. mm: (szer. x wys. x gł.) 824 x 1552 x 684
-Wymiary wew. mm: (szer. x wys. x gł.) 640 x 800 x 500
-3 półki ze stali nierdzewnej rozm. 640 x 500 pasujące do modelu
-Otwór 23 mm w ścianie inkubatora.
Wzorcowanie inkubatora w laboratorium akredytowanym przez PCA – 3 półki w 5 punktach, w temp. 37^{0}C.
-Wymagana instrukcja w języku polskim
-Wymagana instrukcja BHP w języku polskim
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min 24 miesiące
-Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady:

ZADANIE 4 (Pracownia Higieny Środków spożywczych)

Szafa termostatyczna 2 komorowa taka jak np. POL-EKO APARATURA MODEL ST 2/2 BASIC lub równoważna szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Urządzenie w kolorze jasno-szarym, wnętrze z aluminium.
-Szafa termostatyczna 2-komorowa, z wymuszonym obiegiem powietrza, zakres temperatury od 3 do 50 ^{o} C dla każdej komory.
-Drzwi pełne oraz dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane. Pojemność każdej z komór 150 l.
-Wymiary wew. każdej komory w mm: (szer. x wys. x gł.) 520 x 660 x 420.
3 półki druciane w każdej z komór.
Otwory na sondy pomiarowe w każdej z komór z boku lub z tyłu urządzenia.
- Wymagana instrukcja w języku polskim
-Wymagana instrukcja BHP w języku polskim
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min. 24 miesiące
- Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady

ZADANIE 5 (Pracownia GMO)

Aparat RT PCR system 7500 szt. 1

-System amplifikacji DNA z co najmniej 5-cio kanałową detekcją w czasie rzeczywistym
- Możliwość analizy sygnałów od popularnych barwników:
- FAM/SYBR Green I
- VIC/JOE
- NED/TAMRA/Cy3
- ROX/Texas Red
- Cy5
-System otwarty, zezwalający na użycie odczynników różnych producentów
-Aparat dedykowany do analizy GMO, posiadający specjalne oprogramowanie z macrami do analizy procentowej zawartości GMO w badanej próbce.
-Źródło wzbudzenia sygnału:
Lampa halogenowa z systemem filtrów wzbudzających
- Detekcja sygnału:
-Kamera CCD z systemem filtrów emisyjnych
- Blok grzejny 96-cio miejscowy
-Naczynia reakcyjne:
- płytki 96-cio dołkowe
- probówki 0,2 ml
- Zakres objętości reakcyjnych: 20 – 100 µl
- Zakres temperatur: 4 - 100°C
- Dokładność rozkładu temperatury nie gorsza niż +/- 0,5°C
- Dokładność rozkładu temperatury nie gorsza niż +/- 0,25°C
- Szybkość zmian temperatury minimum 1,5 °C
- Czułość detekcji nie gorsza niż 10 kopii genu
- Rozpiętość detekcji 9 log
- Możliwość kontroli czystości fluorescencyjnej aparatu

- Możliwość zastosowania barwnika ROX i jego dostępność w zestawach oferenta do składania reakcji real – time PCR
- Możliwość rozbudowy aparatu do wersji wykonującej aplikacje w 35 minut w objętości 10-30 µl w bloku 96-cio dołkowym 0,03 ml.
-Dostępne w ofercie firmy gotowe zestawy oraz usługa projektowania zestawów do badania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu składające się z dwóch primerów oraz dwóch sond pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu
- Komputer typu laptop o parametrach: (Intel Core 2 Duo T7250 2.00GHz, DDR2 SDRAM 2.0GB, 120GB HDD)
- Oprogramowanie zapewniające:
-kontrolę aparatu
- zbieranie i przechowywanie danych
- automatyczne wykreślanie krzywej standardowej
- oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych
- oznaczanie względne ekspresji genów z możliwością jednoczesnej analizy wyników więcej niż 192 próbek
- oznaczanie jakościowe (+/-)
- szybka detekcja patogenów
- analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli)
- analizę krzywych dysocjacji
- stosowanie kontroli wewnętrznej
- projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu
- automatyczną kalkulację w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej
- Oferowane przez producenta aparatu gotowe zestawy do detekcji genetycznie zmodyfikowanych organizmów, m.in. dla soi, kukurydzy oraz macro do obliczania procentowej zawartości GMO.
- Zasilanie 230V/50 Hz
- Możliwość rozbudowy aparatu o moduł 21 CFR Part 11
- Certyfikat ISO 9001
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Szkolenia aplikacyjne: 1 dniowe szkolenie z obsługi aparatu + 1 dniowe szkolenie z analizy GMO przeprowadzone przez osobę z działu QST.
- Gwarancja co najmniej 24 miesiące
- Wymagany serwis - maksymalny czas reakcji na zgłoszenie – 72 godz., maksymalny czas naprawy aparatu 21 dni roboczych
- Autoryzowany serwis na terenie Polski
- Możliwość monitorowania przez autoryzowany serwis poprawności pracy aparatu poprzez dostęp on-line w czasie gwarancji

Zadanie 6 (Pracownia GMO)

Blok typu ThermoMixer C taki jak firma Eppendorf lub równoważny– 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
- urządzenie umożliwiające ogrzewanie, mieszanie i chłodzenie we wszystkich popularnych naczyniach i płytkach,

-wyposażony dodatkowo w blok wymienny na probówki na min.24 mikroprobówki 2,0ml; max temperatura 100°c; max. liczba obrotów/min. 2000,
- blok wymienny na min 8 probówek 5ml Eppendorf; max. temperatura 100°c; maksymalna liczba obrotów/min 1000
- pokrywę ThermoTop regulująca temperaturę oraz zapobiegająca tworzeniu skroplin pary wodnej na wieczku i ściankach inkubowanych probówek,
- szybkość mieszania do 3000rpm (w zależności od użytego bloku SmartBlok), częstotliwość mieszania 300-3000 rpm, dokładność utrzymania temperatury max. ±0,5°C przy temp.20-45°C, ±1,0°C poniżej 20°C i powyżej 45°C; nastawny zakres temperatury :1°C do100°C, zakres termostatowania : od temperatury 15°C (±2°C) poniżej temperatury pokojowej do 100°C, minimum 5 programowalnych przycisków ułatwiających dostęp do używanych programów, programowalny interwał czasowy minimalnie od 15s do 99:30 godzin, nieskończenie, możliwość mieszania z przerwami.
-prędkość ogrzewania około 6^{o}C/min
-prędkość schładzania min. 2,5^{o}C/min między 99 ^{o}C, a temperaturą pokojową oraz min. 0,5-0,8^{o}C/min między temperaturą pokojową, a 15^{0}c poniżej temp. Pokojowej,
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych
-możliwość zaprogramowania minimum 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania
- suw mieszania max 3 mm,
-wymiary max 20,6x 30,4x13,1 cm,
-waga max 6,2 kg,
- możliwość wyboru minimum 11 różnych bloków wymiennych,
-automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlania maksymalnej liczby obrotów,
-możliwość mieszania z przerwami,
- przycisk „ShortMix" do krótkiego mieszania,
-szybka i łatwa wymiana bloku przy pomocy dźwigni umieszczonej w przedniej części bloku,
- wzorcowanie/sprawdzenie temperatury wszystkich dołków w zakresie 65°C, w akredytowanym laboratorium Laboratorium posiadającym akredytację PCA,
- zasilanie elektryczne 220-240V,
- technologia Anti-Spill umożliwiająca ochronę przed brudzeniem pokrywy i zanieczyszczeniem krzyżowym,
- ochrona przed skraplaniem się pary wodnej (pokrywa ThermoTop),
-serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min 24 miesiące,
-odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady,
-szkolenie pracowników,
-instrukcja w języku polskim.

ZADANIE 7 (Pracownia chemii)

Polarymetr automatyczny z pełno-kątowym zakresem pomiarowym ±90° szt.1

- polarymetr jednozakresowy: 589,44 nm
- powtarzalność: ±0,01°
- rozdzielczość: 0,01°
- odczyt w skali stopni kątowych, skręcalności właściwej, stężenia, skali programowalnej przez użytkownika,
- posiadający trwałą stalową obudowę na całej powierzchni aparatu
- kolorowy wyświetlacz dotykowy o wymiarach nie mniejszych niż 95x64 mm
- czas odczytu nie dłuższy niż 8 sekund

- wbudowane wyjście USB oraz RS232 do komputera, drukarki
- zapis w wewnętrznej pamięci aparatu co najmniej 1000 pomiarów
- możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do zerowania, wyboru skali i ustawień
- wbudowany termometr w komorze próbek, w zakresie co najmniej 0-50°C
- rozdzielczość nie gorsza niż 0,1°C
- możliwość zastosowania przystawki do komunikacji bezprzewodowej z komputerem PC
- możliwość zastosowania rurek z termostatowaniem za pomocą ogniwa Peltier
- możliwość sterownia temperaturą za pomocą pilota bezprzewodowego
- możliwość zastosowania rurek z wbudowanym czujnikiem temperatury
- pomiar próbek ciemnych z ostrzeżeniem po przekroczeniu absorbancji próbek powyżej 97%, gęstość optyczna OD 1,5
- rurka polarymetryczna stalowa o wymiarach 200 x 8 mm
- w zestawie oprogramowanie do zbierania danych pomiarowych
- wymiary nie większe niż (dł. x szer. x wys.): 470 x 230 x 120mm
- waga nie większa niż 8 kg
- pokrowiec
- wzorcowanie polarymetru w Głównym Urzędzie Miar lub w Laboratorium posiadającym akredytację PCA na wzorcowanie polarymetrów
- instrukcja obsługi w języku polskim
- szkolenie z obsługi w ZHW w Opolu

ZADANIE 8 (Pracownia Pożywek i mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt)

Bezprzewodowy system rejestracji temperatury szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Bezprzewodowy (transmisja radiowa) system rejestracji temperatury z funkcją powiadamiania SMS o przekroczeniu temperatury i braku zasilania.
- Rejestrator temperatury RTR-502L
-z sondą TR-5320 długości 200 cm , grubości 2 mm (nie uszkadza uszczelki w drzwiczkach)
- zakres pomiarowy temperatury obejmujący przynajmniej -30...+100^{o}C
- dokładność pomiaru: ±0,3^{o}C ; -rozdzielczość wyświetlacza: 0,1^{o}C
- z wzorcowaniem rejestratora wraz z sondą w temp. +5^{0}C w laboratorium posiadającym akredytację PCA w tej temperaturze
- Rejestrator temperatury RTR-505 Pt
- z sondą Pt-100 o długości 100 cm do zamrażarki niskotemperaturowej, grubości 2 mm (nie uszkadza uszczelki w drzwiczkach)
- zakres pomiarowy temperatury: 0...-90^{o}C
-dokładność pomiaru: +/- 0,3^{o}C; -rozdzielczość wbudowanego wyświetlacza: 0,1^{o}C
- z wzorcowaniem rejestratora wraz z sondą w temp. -80^{0}C oraz -70^{0}C w laboratorium posiadającym
akredytację PCA w wymienionych temperaturach
- Rejestratory z wyraźnym wyświetlaczem LCD oraz uchwytem umożliwiającym zamontowanie rejestratora
na urządzeniu laboratoryjnym; -pamięć rejestratora na min 16000 wartości ;
-z baterią o przedłużonym działaniu w komplecie LS26500
- Baza odczytowa RTR-500GSM

- z możliwością podpięcia do sieci GSM
-do stosowania z rejestratorami serii RTR-500x, wraz z oprogramowaniem do ściągania danych,
ich archiwizacji, przedstawiania na wykresie graficznym oraz w formie listy
-z funkcją monitoringu bieżącego, alarmowania dźwiękowego
- uchwyt na bazę
- zasilacz
- Możliwość ustawienia na każdym z rejestratorów indywidualnych progów alarmowych, wartości min., i max temperatury
- niezależne zasilanie baterią gwarantujące stabilność pracy przy zaniku zasilania
- oprogramowanie do obsługi rejestratorów z wizualizacją danych z rejestratorów na komputer
- Wysyłanie powiadomień alarmowych o przekroczeniu temperatury bez konieczności ciągłej pracy komputera
- zakup z dostawą i uruchomieniem
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min 24 miesiące
-Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady jak wyżej
- Szkolenie pracowników
- Instrukcja w języku polskim

Zadanie 9 (Pracownia Pożywek i mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt)

Chłodziarka laboratoryjna szt. 1
Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Chłodziarka laboratoryjna wraz z walidacją rozkładu temperatury

- Utrzymanie rozkładu temperatury w zakresie od 2 do 8^0C w całej objętości
- Chłodziarka jednokomorowa o pojemności 490 litrów +/- 10 litrów
- Wykonanie zewnętrzne: Stal galwanizowana cynkowo pokryta akrylem
- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Drzwi zewnętrzne przesuwne o podwójnej warstwie szkła - 2 szt.
- Izolacja ścian: pianka poliuretanowa
- Wymagany zamek w drzwiach
- W wyposażeniu co najmniej 5 półek z drutu pokrytych poliestrem (maks. obciążenie 1 półki do 50 kg)
- Wymuszony obieg powietrza .
- Automatyczne rozmrażanie bez zauważalnych zmian temperatury wewnątrz urządzenia.
- Zakres ustawianej temperatury od+2ºC do +14ºC
- Czynnik chłodniczy bezfreonowy
- Alarmy wizualne i dźwiękowe: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwartych drzwi
- Alarm zaniku napięcia.
- Możliwość zainstalowania zintegrowanego z urządzeniem graficznego rejestratora temperatury pochodzącego od producenta urządzenia
- Maks. waga nie więcej niż 145 kg.
- Wymiary: maks. wysokość urządzenia 1800 mm, maks. szer. 900 mm, maks głęb. 605 mm
- Możliwość podłączenia rejestratora temperatury z funkcją powiadamiania na telefon komórkowy o stanach awaryjnych

- Głośność pracy urządzenia : maks. 50 dB .
- Urządzenie wyposażone w kółka do łatwego przemieszczania
- Wymagane wewnętrzne oświetlenie
- Wyświetlacz typu LED
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny min.24 miesiące
- Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady jak wyżej
- Szkolenie pracowników
- instrukcja w języku polskim

Zadanie 10 (Pracownia Patologii)

System oparty na czytniku mikropłytek ELISA umożliwiający dodatkowo identyfikację biochemiczną drobnoustrojów oraz wykonywanie oporności przeciwbakteryjnej.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

W skład systemu muszą wchodzić:
-czytnik mikropłytek oparty o płytki 96 dołków
-automatyczna pipeta 8 kanałowa z funkcja MULTISHOT
-komputer stacjonarny (zestaw zawierający drukarkę, monitor LCD minimum 22 cale, jednostkę centralną) z oprogramowaniem pozwalającym na:
analizę wyników, wydruk raportu, utworzenie bazy danych i analizę wyników.
System pozwala na identyfikację co najmniej:
-enterobacteriaceae, bakterii niefermentujących, bakterii Gram +, grzybów drożdżopodobnych, bakterii Gram + i Gram – przy użyciu paneli szybkich, wynik po 6 godz.
System umożliwiający zaprojektowania swojego panelu antybiogramowego MIC lub brakepoint z panelami antybiogramowymi projektowanymi według zaleceń CLSI i/lub EUCAST.
System umożliwiający różnicowanie szczepów szczepionkowych od dzikich terenowych szczepów pałeczek S. Enteritidis i S. Typhimurium za pomocą paneli AviProPlate.
System musi oferować możliwość używania paneli antybiogramowe i identyfikacych w oparciu o liofilizowane substraty i antybiotyki co przekłada się na 2 letni terminem przydatności i możliwość przechowywania paneli w temperaturze pokojowej,
System musi oferować panele antybiogramowe skonstruowane specjalnie dla potrzeb diagnostyki weterynaryjnej zawierające na jednym panelu co najmniej: amoxycylinę, amoxycylinę z kwasem klawulanowym, enrofloxacynę, florfenikol, kolistynę, neomycynę, doxycyklinę, linkomycynę, spektynomycynę, penicylinę, tylozynę, gentamycynę
System musi oferować możliwość pracy z metodą ELISA (filtr minimum 450 nm) zawierać oprogramowanie umożliwiające automatyczny odczyt testów ELISA oraz automatyczny transport do programu Excel.
System musi posiadać oprogramowanie w języku polskim.
System musi posiadać ramach ceny zakupu dostępne wszystkie licencje, dyski instalacyjne z procedurami instalacyjnymi oraz dane walidacyjne programu komputerowego.
System musi być objęty gwarancją min. 24 miesiące od dnia dostawy i montażu.
Do systemu musi być uferowany (w okresie obowiązywania gwarancji) bezpłatny przegląd aparatu obejmujący konserwacje, czyszczenie i usuwanie usterek.
Do systemu musi być dołączona dokumentacja umożliwiająca kożystanie z czytnika podczas badań akredytowanych zgodnie z wymaganiami PCA (kalibracja i/lub walidacja urządzenia).
Do systemu musi być uferowana (w okresie obowiązywania gwarancji) bezpłatna kalibracja i/lub walidacja urządzenia zgodnie z wymaganiami PCA.

Zadanie 11 (Pracownia Patologii)

Automatyczna płuczka do płytek.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Urządzenie umożliwia płukanie płytek 96 dołkowych podczas badań ELISA i badań wykonywanych na hodowlach komórkowych.
Wymagania dotyczące głowicy płuczącej:

a) 16 igłowa głowica (dwa rzędy igieł: igły dozujące, igły odsysające).

b) Posiadająca możliwości niezależnej aspiracji i niezależnego dozowania.

c) Funkcja delikatnego płukania w celu ochrony komórek przy płukaniu hodowli komórkowych.

- Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania aktualnych parametrów pracy.
- Urządzenie musi posiadać co minimum dwie butlę na bufory oraz jedną butlę na zlewki.- Urządzenie musi umożliwiać ustawianie objętości płynu płuczącego oraz szybkość jego aplikacji.

-Wymagane zakresy dozowanych objętości dla płytki 96 dołkowej:

50-3000 µl – z możliwością ustawienia, co 50 µl –mycie,
50-400 µl z możliwością ustawienia, co 50 µl – dozowanie.
Dokładność dozowania minimum ≤1,5% dla objętości 300 µl.
Pozostałość po płukaniu nie większa niż 2 µl/ dołek.
Możliwość ustawienia i zapisania położenia igieł do różnych typów płytek.
Urządzenie musi umożliwiać możliwość zasysania płynu z 2 punktów w dołku.

Wymagana wbudowana wytrząsarka z ustawieniem szybkości wytrząsania

Wymagana wbudowana pompa z o parametrach pracy 150-850 mbar

Wymagana waga urządzenia poniżej 10 kg oraz wymiary nie przekraczające: szer. 28 cm x gł. 37 cm , wys. 19 cm

Wymagana możliwość ewentualnej rozbudowy o moduł filtracji próżniowej i separacji magnetycznej.

Jednostka sterująca z procesorem minimum i5, 8GB pamięci ram oraz systemem operacyjnym Windows 7 PL.

Oprogramowanie jednostki sterującej umożliwiające: sterujące do płuczki – z możliwością definiowania procedury płukania zapewniające prawidłową pracę instrumentu.
Oprogramowanie jednostki sterującej umożliwiające : zdefiniowanie biblioteki mikropłytek oraz protokołów możliwych do wykonania na instrumencie.

Wymagany certyfikat in vitro diagnostic dla urządzenia oraz dokumentacja wymagana podczas wykorzystywania urządzenia do badań zgodnie z wymaganiami PCA.

Zadanie 12 (Pracownia Patologii)

Urządzenie do pomiaru ilości DNA/RNA w próbce.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Możliwość pracy z manualnie zmienianymi 5 zakresami dróg optycznych : 2mm, 1 mm, 0,2 mm, 0,1 mm oraz 0,04 mm.
Wymagany zakres pomiaru dla wysokostężonych prób w nanokropli minimum: dsDNA: 2 – 18,750 ng/ul, RNA: 2- 15,000 ng/ul, BSA 0,08-543 mg/ml oraz ssDNA 2 -248 ng/ul.
Pomiar prób wysokostężonych bez użycia dodatkowych akcesoriów jak kuwety, tipsy optyczne, kapilary, niezależny od napięcia powierzchniowego próby. Pomiar w kropli w objętości nie większej niż 0,3 ul
Wbudowany vorteks, port USB (dołączona pamięć flash minimum 32MB)
Wymagany ekran LCD nie mniejszy niż 320x240mm oraz możliwość pracy systemu bez zewnętrznego komputera. Wymagany wbudowany 8 pozycyjny statyw na kuwety.
Wbudowane metody pomiarowe :
a) dsDNA, ssDNA, RNA, Oligo w nanokropli oraz w kuwecie
b) Wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych:dsDNA-Dye, ssDNA- Dye, RNA-Dye, Oligo-Dye w technologii nanokropli
c) Metody kolorymetryczne białek: Bradford, Lowry, BCA, Biuret oraz białko A280,
d) Białko-Dye w technologii nanokropli oraz w kuwecie
e)FOI stopień inkorporacji barwnika w nanokropli oraz w kuwecie
f) Pomiar inkorporacji barwników w nanokropli np. Alexa Fluor, Cyc3, Cy5, Oyster, Texas Red w nanokropli oraz w kuwecie
g) Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych
h) Profesjonalny pomiar gęstości komórek OD 600
i) Metody kinetyczne
g) dodatkowo oprogramowanie do instalacji na zewnętrznym PC
h)jednostka sterująca zewnętrzna
Urządzenie dostosowane do kuwet o wymiarach zewnętrznych: szer.×dł. = 12,5×12,5 mm.
Praca w standardowych kuwetach kwarcowych, szklanych i plastikowych (metody kolorymetryczne białek, gęstościomierz komórek)
Precyzja pomiaru absorbancji 0,003 A, dokładność pomiaru nie większa niż. 1%
Źródło światła - lampa Xsenonowa
Ultraszybkie skanowanie, pełny zakres skanowania co najmniej 190-1100 nm, czas pomiaru próby nie więcej niż 3,5 sek.
Wymagane świadectwo wzorcowania i/lub kalibracji zgodnie z wymaganiami PCA wydawane nieodpłatnie w czasie obowiązywania gwarancji.
Wymagana jednostka sterująca z systemem operacyjnym windows 7 PL oraz pakietem Office.
Wymagana gwarancja min. 24 miesiące.
Wymiary zewnętrzne urządzenia: długość – 38cm, szerokość – 27 cm, wysokość – 14 cm,

Zadanie 13 (Pracownia Patologii)
Komora laminarna nablatowa.

Opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne wyposażenia i inne ważne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Komora laminarna do pracy z materiałem genetycznym wraz ze stołem roboczym przepływem pionowym, laminarnym.
Wyposażenie: filtr wstępny: poliamidowy klasy minimum EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 i główny: absolutny HEPA EN 1822, skuteczność filtracji min. 99,997% dla MPPS. Sterowanie mikroprocesorowe: w trybie automatycznym – („przedmuchanie", ustawienie przepływu, załączenie lampy doświetlającej przestrzeń roboczą) oraz w tryb manulanym.
Powierzchnia robocza blatu wykonana z stali kwasoodpornej o wymiarach serokość 719 mm x głębokość 650 mm x wysokość 695 mm.
Wymagane oświetlenie jarzeniowe, lampa UV oraz otwory technologiczne (z zaślepkami) z prawej i lewej strony, blęda całkowita z funkcją otwierania.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

Do każdego ze sprzętu obowiązkowe dostarczenie INSTRUKCJI BHP

Do składanych ofert należy dostarczyć foldery z opisem i wyglądem aparatury.

Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zadania od 1 – 13).

2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia składanych przez jednego Wykonawcę. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę jego części (zadania od 1 - 13).

3. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich certyfikatów.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone kryteria :

- certyfikat kontroli jakości
- parametry techniczne, wymagania jakościowe,
- instrukcja w języku polskim

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala wykonanie zamówienia od dnia podpisania umowy
do **15 grudnia 2014r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)

   2) posiadania wiedzy i doświadczenia -Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)

   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)

   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej- w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa: opłaconą polisę, **(polisa + potwierdzenie jej opłaty),** a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy przez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. VI, zgodnie z formą „spełnia nie spełnia".
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b.
6. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, do uzupełnienia dokumentów, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane materiały wymagań określonych w siwz. nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

8. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
10. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.
11. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, do uzupełnienia dokumentów, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane materiały wymagań określonych w siwz. nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
13. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt., 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:

a. formularz ofertowy- cenowy (zał. 1),
b. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 zał. 2
c. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 - zał. 3
d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

e. w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa: opłaconą polisę (polisa + potwierdzenie opłacenia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 uPzp stosuje się. Wzory listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp oraz informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej stanowią odpowiednio załączniki: zał. nr 4
3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówieni

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. – Dz. U. nr 226, poz. 1817).

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na **nr 77/457 54 61**

Przy przekazaniu faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
3. Korespondencja która wpłynie do Zamawiającego po godzinach urzędowania będzie zarejestrowana jako odebrana w dniu następnym.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazać znak sprawy postępowania nadany przez zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej **www.wiw.opole.pl.**
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej **www.wiw.opole.pl.**
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- w sprawach merytorycznych lek. wet. Witold Dereń
tel.77/ 541 71 98, w godz. 8:00 – 14:00
- w sprawach proceduralnych- Małgorzata Sadowska
tel. 77/541 72 28 w godz. 8:00 – 14:00

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. Zaleca się wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego.
2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionych lub upoważnion(-ego)-ych przdstawiciel(-a)-i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob-(ę)y nie wymienion-(ą)e w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii
5. Wszystkie strony oferty (również załączniki) powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.
8. Zamawiający podzielił zamówienie na części (zadania 13). Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamó-

wienia. Zamawiający wybierze oferty z najniższą ceną z oferowanych dla poszczególnych części.

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy- cenowy zał. nr 1),
b. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru (zał. nr 2),
c. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru (zał. nr 3)
d. dokumenty wymienione w pkt. VI
e. parafowany wzór umowy – (zał. nr 5)

10. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej przez wykonawcę.
11. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa w pkt. 10, do oferty należy także dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

13. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą nowego sprzętu i wyposażenia pomiarowego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

DA.272.13.2014
Przetarg nieograniczony NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17 listopada 2014r.

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w **terminie do dnia 17 listopada 2014.r. do godziny 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii ul. Wrocławska 170 45-836 Opole pokój 114 (sekretariat) lub przesłać na jego adres.
2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania
3. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 17 listopada 2014r. o godzinie 10:15** w sali narad WIW (parter), ul Wrocławska 170, 45 – 836 Opole
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy, a także informacje dotyczące ceny.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczeń i złożenia dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.
2. W formularzu ofertowym – cenowym- zał. nr 1, należy podać cenę łączną za oferowane produkty z podatkiem VAT.
3. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku VAT.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY.

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie:
C — przyznane punkty;
Cn — najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co — cena oferty ocenianej (brutto).
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100).

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:
    1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 lub art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
7. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - **Załącznik nr 5.**
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zmawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

.....
Podpis kierownika jednostki