*Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017*

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 30 października 2017 r.

**wszyscy, którzy pobrali siwz**

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pyt. 1

Czy dopuścicie Państwo do przetargu szafę chłodniczą marki "BOLARUS" (polski produkt) z Komputerowym Rejestratorem Temperatury marki "GENEZA" (polski produkt). Szafa ma pojemność 1400 litrów zamiast podanej w SIWZ 1427 litrów ? Karta katalogowa z parametrami technicznymi w załączeniu.

Odp. 1

Dopuszczamy do przetargu szafę chłodniczą o pojemności 1400 litrów.

Pyt. 2

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM z dwoma czujnikami temperatury Pt-100 jest **fabrycznie zainstalowany w szafie chłodniczej** oraz jest **wzorcowany przez Urząd Miar RP** w punktach : -2*C, 0*C, 2*C, 4*, 6*C, 8*C, 10*C, 12*C, 16*C, 18*C. Czy te punkty wzorcowania temperatury są dla Państwa odpowiednie, czy też wolicie Państwo inne punkty wzorcowania ?

Odp. 2

Przedstawione punkty wzorcowania są dla nas odpowiednie.

Pyt. 3

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM ma możliwość komunikacji z komputerem PC zarówno metodą kablową poprzez interfejs **RS-485** jak i **bezprzewodowo przez WiFi**. Który ze sposobów Państwo wolicie ( chodzi o dobór koniecznych akcesoriów) ?

Odp. 3

Komunikacja Rejestratora Temperatury z komputerem PC poprzez interfejs RS-485 (zgodnie ze specyfikacją).

Pyt. 4

Czy w przypadku dostawy szafy chłodniczej do ZHW za pośrednictwem firmy kurierskiej, Państwo wniesiecie i ustawicie szafę w miejscu użytkowania we własnym zakresie ? Oczywiście nasz pracownik przyjedzie w uzgodnionym terminie celem uruchomienia szafy i przeszkolenia obsługi.

Odp. 4

Wniesienie i ustawienie szafy we własnym zakresie.

Pyt. 5

Czy chcecie Państwo mieć modem GSM do wysyłania alarmów SMS na dodatkowym wyposażeniu szafy chłodniczej ?

Odp. 5

Nie chcemy mieć modemu GSM do wysyłania alarmów SMS.

Z karty lodówki wynika, że szafa chłodnicza posiada drzwi przeszklone. Istotną dla nas kwestią jest aby chłodnia posiadała drzwi pełne w białym kolorze.

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bortnik

.....

podpis kierownika jednostki