Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461

Opole, dnia 3 listopada 2017 r.

wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Dot. zadania 4

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wys. wewnętrzną 2069 mm?

Odp. 1

NIE

Dot. zad. 5 -Mieszadło z podgrzewaniem 2 sztuki(15 stanowiskowe każde)

Pyt. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ofert na mieszadło o wadzę 10,5 kg , o wielkości platformy 270 x 495 mm, wymiarach zewnętrznych 280 x 610 x 60 mm?

Odp. 1

TAK

Dot. zad. 9

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści inkubator z obudową malowaną proszkowo?

Odp. Pyt. 1
NIE
Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zakres temp. od -10 do + 70°C?

Odp. Pyt. 2

TAK

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 820 x 1430 x 760 mm?

Odp. 3

NIE

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne 600 x 800 x 510 mm (szer x wys x gł.) i pojemność 245 l?

Odp. 4

NIE

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści otwór o średnicy 30 mm lub 50 mm zamiast 23 mm?

Odp. 5

NIE

Pyt. 6
Prosimy o informację czy dostawa obejmuje wniesienie, jeśli tak to na które piętro. Czy w budynku jest winda?

Odp. 6

TAK (parter)

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji z opisem zasad konserwacji i BHP, bez dodatkowej, osobnej instrukcji BHP?

Odp. 7

TAK

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bortnik
.....
Podpis kierownika jednostki