Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461

Opole, dnia 3 listopada 2017 r.

wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pytania do części 5 – Mieszadło z podgrzewaniem – 2 sztuki (każda sztuka 15 pozycyjna)
Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści mieszadło z platformą o wymiarze 264 x 460 mm oraz o wymiarach zewnętrznych 282 x 568 x 76?

Odp. 1
TAK

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści mieszadło z zakresem Pracy 300-1500 rpm (z krokiem co 10 rpm)?

Odp. 2
NIE

Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści mieszadło z platformą o wymiarze 385 x 493 mm oraz o wymiarach zewnętrznych 395 x 614 x 104?

Odp. 3
NIE
Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści mieszadło z zakresem Pracy 30-2000 rpm (z krokiem co 10 rpm)?
Odp. 4
TAK
Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wadze 15 kg?

Odp. 5
TAK

Pyt. 6
Czy Zamawiający dopuści mieszadło sterowane za pomocą pokrętła?

Odp. 6
NIE

Pytania do części 2 – Wytrząsarka laboratoryjna
Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą o wymiarze 450 x 450 mm?

Odp. 1
NIE

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem pracy 20-300 rpm?

Odp. 2
TAK

Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem pracy 30-300 rpm?

Odp. 3
TAK

Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z amplitudą 22 mm?

Odp. 4
NIE

Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z amplitudą 25,4 mm?

Odp. 5
TAK

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bortnik
.....
podpis kierownika jednostki