Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 3 listopada 2017 r.

wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pyt. 1
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy wyrazicie Państwo zgodę aby zakres temperatur w szafie chłodniczej był od +2*C do +16*C

Odp. 1

Zamawiający wyraża zgodę aby zakres temperatur w szafie chłodniczej wynosił od +2°C do +16°C.

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
..... Wacław Bartnik .....
Podpis kierownika jednostki