Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 30 października 2017 r.

wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pyt. 1

Prosimy o informację jaka będzie odległość szafy chłodniczej od komputera, aby ująć w ofercie odpowiednio długi kabel transmisji danych RS-485 z lodówki do komputera. Proszę też przewidzieć odpowiedni naddatek kabla, aby mogli go Państwo odpowiedni poprowadzić.

Odp. 1

Odległość szafy chłodniczej od komputera to około 10 metrów, długość kabla transmisyjnego wyniesie około 15 metrów.

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bottwik

Podpis kierownika jednostki