Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 31 października 2017 r.

wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pyt. 1 do Zadania 8

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z zewnętrznym rejestratorem temperatury osobnym dla każdej z komór?

Odp. 1 do Zadania 8

Tak, zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z zewnętrznym rejestratorem temperatury dla każdej z komór.

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
z up.
Małgorzata Paciepnik
.....
Z-ca Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
podpis kierownika jednostki