Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461

-4-

Opole, dnia 2 listopada 2017 r.

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pyt. 1 - Część 5 – Mieszadło z podgrzewaniem

Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wadze 10,5 kg , wielkości platformy 270 x495 mm i wymiarach zewnętrznych 280 x 610 x 60 mm ?
W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie

Odp. 1 do części 5 - Mieszadło z podgrzewaniem

Tak, zamawiający dopuści mieszadło o podanej specyfikacji...

Pyt. 2 do Część 13 – Wytrząsarka do probówek

Czy zamawiający dopuści wytrząsarkę do probówek (vortex) o masie 3900g, wymiarach 120 x138 x 140 mm i klasie ochrony IP 21 ?
W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie

Odp. 2 do części 13 Wytrząsarka do probówek
Tak, zamawiający dopuści wytrząsarkę do probówek (vortex) o masie 3900g, wymiarach 120 x138 x 140 mm i klasie ochrony IP 21.

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bormik
.....
podpis kierownika jednostki