Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 2 listopada 2017 r.

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pytania:

Część 7 Chłodnia laboratoryjna o pojemności 1427 litrów

1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię laboratoryjną o wymiarach 1430 x 830 x 2160 mm (szerokość x głębokość x wysokość), spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Część 19 Wytrząsarka do probówek

1. Czy zamawiający dopuści wytrząsarkę o regulacji prędkości obrotowej od 100-2800 obr./min, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedzi:

Część 7 Chłodnia laboratoryjna o pojemności 1427 litrów

1. TAK , Zamawiający dopuści chłodnię laboratoryjną o wymiarach 1430 x 830 x 2160 mm (szerokość x głębokość x wysokość), spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Część 19 Wytrząsarka do probówek

1. TAK, Zamawiający dopuści wytrząsarkę o regulacji prędkości obrotowej od 100-2800 obr./min, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bortnik