Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 3 listopada 2017 r.

Wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pytania dotyczące pakiety nr 4 :

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LCD , pokazującym wszystkie komunikaty dotyczące przepływów powietrza , stanów alarmowych , stopnia zużycia filtrówa. , pracy lampy UV?

Odp. Pyt. 1

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarna z prędkością przepływu powietrza 0,36 m/s3 , bez regulowanego przepływu powietrza co jest niezgodne z normą , która wymaga , aby przepływ był w przedziale od 0,25- 0,5 m/s ?

Odp. Pyt. 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych : 1374 x 794 x 2267 szer. x gł. x wys. mm?

Odp. Pyt. 3

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych: 1180 x 550 x 774 szer. x gł. x wys. mm?

Odp. Pyt. 4

Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o natężeniu światła 1150 lux-ów?

Odp. Pyt. 5

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o poborze mocy 156 W w trybie pracy?

Odp. Pyt. 6

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania dotyczące pakiety nr 10.:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LCD , pokazującym wszystkie komunikaty dotyczące przepływów powietrza , stanów alarmowych , stopnia zużycia filtrów1) , pracy lampy UV?

Odp. Pyt. 1

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LCD pokazujący wszystkie komunikaty dotyczące przepływów powietrza , stanów alarmowych, stopnia zużycia filtrów, pracy lampy UV.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarna z prędkością przepływu powietrza 0,36 m/s3?

Odp. Pyt. 2

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę z prędkością przepływu powietrza 0,36 m/s ponieważ mieści się w wymaganym przez nas zakresie 0,25-0,50 m/s.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych : 1072 x 795 1602 szer. x gł. x wys.- bez stelaża mm?

Odp. Pyt. 3

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę o wymiarach zewnętrznych 1072 x 795 x 1602 mm.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych: 875 x 550 744 szer. x gł. x wys. mm?

Odp. 4

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory o wymiarach wewnętrznych 875 x 550 x 744 mm(zbyt mała powierzchnia robocza).

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby wykaz dostaw Wymaganych w SIWZ wynosił do 50.000 brutto?

Odp. Pyt. 5

Zamawiający wyrazi zgodę na wykaz dostaw co najmniej 19 000 zł brutto (zmieniono warunki udziału w postępowaniu, które uwidoczniono na stronie www.wiw.opole.pl)

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o natężeniu światła 950 lux-ów?

Odp. Pyt. 6

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory z oświetleniem o natężeniu 950 lux -ów.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez demontowanego podłokietnika?

Odp. Pyt. 7

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory bez demontowanego podłokietnika.

Pytania dotyczące pakiety nr 11:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LCD , pokazującym wszystkie komunikaty dotyczące przepływów powietrza , stanów alarmowych , stopnia zużycia filtrów1) , pracy lampy UV?

Odp. Pyt. 1

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LCD pokazujący wszystkie komunikaty dotyczące przepływów powietrza , stanów alarmowych, stopnia zużycia filtrów, pracy lampy UV.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarna z prędkością przepływu powietrza 0,36 m/s3?

Odp. Pyt. 2

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę z prędkością przepływu powietrza 0,36 m/s ponieważ mieści się w wymaganym przez nas zakresie 0,25-0,50 m/s.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o natężeniu światła 1150 lux-ów?

Odp. Pyt. 3

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory z oświetleniem o natężeniu 1150 lux -ów.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewnętrznych : 1374 x 794 x 2267 szer. x gł. x wys. mm?

Odp. Pyt. 4

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory o wymiarach zewnętrznych 1374 x 794 x 2267 mm.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych: 1180 x 550 x 774 szer. x gł. x wys. mm?

Odp. Pyt. 5

Zamawiający nie dopuszczam do zaoferowania komory o wymiarach wewnętrznych 1180 x 550 x 744 mm(zbyt mała powierzchnia robocza).

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez demontowanego podłokietnika?

Odp. Pyt. 6

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory bez demontowanego podłokietnika

Z up. Opolskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii
lek. wet. Witold Dereń
Kierownik ZHW

.....

Podpis kierownika jednostki

Informacje zamieszczono na stronie zamawiającego www.wiw.opole.pl dnia 3.11.2017 r.