Znak sprawy: WIW.DA.272.7.2017

000093131
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
tel. 077 4575010, fax 077 4575461
-4-

Opole, dnia 3 listopada 2017 r.

wszyscy, którzy pobrali siwz

dot. zamówienia publicznego nr WIW.DA.272.7.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Pakiet 7 Chłodnia laboratoryjna o pojemności 1427 litrów

Pyt. 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie interfejsu RS485?

Odp. 1

Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie interfejsu RS485 na rzecz innej możliwości monitorowania temperatury w szafie chłodniczej.

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wacław Bortnik
.....
Podpis kierownika jednostki